

Транспортировка и хранение

1. Изделие допускается к перевозке транспортом любого вида в крытых транспортных средствах при температуре от -20°C до $+70^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более $(95\pm 3)\%$ (при температуре до 35°C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. При этом необходимы обязательная фиксация головки относительно корпуса изделия и герметичная, жесткая упаковка, обеспечивающая сохранность изделия.

2. Условия хранения изделий должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150-78 для категории хранения 1 (отапливаемое помещение):

- температура воздуха от +5 до +40°C;
- относительная влажность до 80% при температуре до +25°C.

3. В помещении для хранения изделий не должно быть пыли, а так же паров и газов, вызывающих коррозию.

4. Хранение изделий должно производиться на стеллажах.

Комплектность

- | | |
|--|-------|
| 1. Преобразователь ВЕРУ.401264.040-1 | 1 шт. |
| 2. Паспорт ВЕРУ.401264.040-1 ПС | 1 шт. |
| 3. Крепеж: | |
| - винт М4х25 (для головки) | 2 шт. |
| - винт М4х25 (для корпуса) | 2 шт. |
| - шайба 4 | 4 шт. |

Свидетельство о приемке

ЛИР-ДА7-1- -05-4-2- - - М -

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

подпись

Φ.Π.Ο.

MP

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям настоящего паспорта при соблюдении условий эксплуатации изделия, хранения и транспортирования, указанных в данном паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года со дня отгрузки со склада предприятия-изготовителя. Гарантия не распространяется на изделие, вышедшее из строя по вине пользователя, а так же присланное для ремонта без соблюдения п.1 транспортировки и хранения. Анализ неисправностей производится путем осмотра и проверки функционирования изделия, поступившего в СКБ ИС для ремонта

Адрес предприятия - изготовителя


195009, Санкт Петербург, Кондратьевский пр. д. 2, литер А, ОАО "СКБ ИС"
тел./факс. 334-17-72 многоканальный, факс (812) 540-29-33
E-mail: lit@skbis.ru; <http://www.skbis.ru>.



ПАСПОРТ

ВЕРУ.401264.040-1 ПС

Преобразователь линейных
перемещений ЛИР-ДА7




Выбег головки за L зак. по 11 мм в обе стороны.

Кабельное окончание

Адрес	MA	\overline{MA}	SLO	\overline{SLO}	--	--	+5B	0B	экран	-
PC10TB	5	8	3	6	10	1	2	9	4	7
ДВ9	2	3	6	7	8	--	5	9	1	4

PC10TB



Масса преобразователя (без кабеля), кг $0,125 + 1,61 L_{\text{корп.}}$
 где $L_{\text{корп.}} = L_{\text{зак.}} + 0,104$ в метрах.